Medintim

Manuel Penispumpe

til rejsningsproblemer




Medintim
Klik pumpehovedet på cylinderen.
6LIV med ELSE O


Sæt den største hjælpering på.
Medintim
6LIV med ELSE O


Sæt den mindste
hjælpering ovenpå.
Medintim
6LIV
med
ELSE O


Placer
til sidst keglen.
Medintim
6LIV
med
ELSE O


Brug keglen til
nemmere at glide
en penisring på.
Medintim
6LIV
med
ELSE O


Medintim
Alternativt kan du bruge hænderne til at trække penisringen nedover hjælperingen.
6LIV med ELSE O


Medintim
Brug af pumpen på
kroppen


Medintim
Påfør
glidecreme.
6LIV
med
ELSE O


Medintim
Sæt penis ind i cylinderen.
6LIV med ELSE O


Medintim
Pres pumpen tæt
ind imod kroppen
og begynd at pumpe.
6LIV
med
ELSE O


Medintim
Glid penisringen
af nedover penis.
6LIV
med
ELSE O


Medintim
Penisringen holder
rejsningen (max. 30 min.)
6LIV
med
ELSE O


Medintim
Efter brug:
Fjern penisringen.
Brug evt. glidecreme.
6LIV med ELSE O


Medintim
Tilstand efter brug.
6LIV med ELSE O

Medintim

CE

FDA registered device
Made in Germany

KESSEL Medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany
+ 49 (0) 6105/203 720

www.medintim.de

06.04.2021